

| | | |
|-----------------|------------|------------------|
| Codice | Emissione | Titolo |
| M.PQ07-A/Rev.04 | 28.11.2013 | Scheda Strumento |

Mineralizzatore a microonde



| | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Nome strumento: Mineralizzatore a microonde | | | | | |
| Ditta costruttrice: Milestone | | | | | |
| DATI SULLO STRUMENTO | | | | | |
| Campo di misura: (+ 5 su T. amb. ÷ 190) °C | | | | | |
| Campo di utilizzo: (+5 su T.amb. ÷ 180)±5 °C | | | | | |
| Parametri di accettazione tarature: Limiti da metodica | | | | | |
| CONFIGURAZIONE | | | | | |
| Modello | Matricola | Data di acquisto | Data di collaudo | Data inizio servizio | Data fine servizio |
| ETHOS1 | 130737 | Maggio 2008 | Maggio 2008 | Febbraio 2009 | // |
| INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI DELLO STRUMENTO | | | | | |
| Nome | Costruttore | Modello | Data di collaudo | Data inizio servizio | Data fine servizio |
| Sonda di T | Milestone | AQ 5609 | Maggio 2008 | Febbraio 2009 | // |