

Codice	Emissione	Titolo
M.PQ07-A/Rev.04	28.11.2013	Scheda Strumento

Stufa



Nome strumento: **Stufa**

Ditta costruttrice: **FALC Instruments**

DATI SULLO STRUMENTO

Campo di misura: **38 ÷ 160 °C**

Campo di utilizzo: **(40 ÷ 70 ÷ 80 ÷ 105 ÷ 160) ±2 °C**

Precisione dello strumento: **1 °C**

Eventuali altre caratteristiche dello strumento:

120Lt

Parametri di accettazione tarature:

Limiti da metodica

Procedura di utilizzo e di manutenzione:

PL07.06

(per le manutenzioni riportare sempre Manuali del costruttore – frequenze di manutenzione- Manutenzione esterne e/o interna)

CONFIGURAZIONE

Modello	Matricola	Data di acquisto	Data di collaudo	Data inizio servizio	Data fine servizio
SFT-N-120Lt	R 281020	Maggio 2008	Maggio 2008	Maggio 2008	///