

Codice	Emissione	Titolo
M.PQ07-A/Rev.04	28.11.2013	Scheda Strumento

Termostato ICN55 ARGO LAB



Nome strumento: **Termostato ICN55 ARGO LAB**

Ditta costruttrice: **ARGO LAB**

DATI SULLO STRUMENTO

Campo di misura: **da +5°C a +70°C**

Campi di utilizzo: **(36 ±2)°C e (37 ±1)°C**

Precisione dello strumento: **±0,1 °C**

CONFIGURAZIONE

Modello	Matricola	Data di acquisto	Data di collaudo	Data inizio servizio	Data fine servizio
ICN55	151141716	Luglio 2016	Luglio 2016	Luglio 2016	/