

Codice	Emissione	Titolo
M.PQ07-A/Rev.04	28.11.2013	Scheda Strumento

pH-metro



Nome strumento: ***pH-metro***

Ditta costruttrice: ***EUTECH Instruments***

DATI SULLO STRUMENTO

Campo di misura: ***1÷13 unità di pH***

Campo di utilizzo: ***2÷11 unità di pH***

Precisione dello strumento: ***0.01 unità di pH***

Procedura di utilizzo e di manutenzione:

***PL07-03 per la gestione del pHmetro/
PL07-02 per la taratura delle sonde di temperatura.***

(per le manutenzioni riportare sempre Manuali del costruttore – frequenze di manutenzione- Manutenzione esterne e/o interna)

Codice	Emissione	Titolo
M.PQ07-A/Rev.04	28.11.2013	Scheda Strumento

CONFIGURAZIONE

Modello	Matricola	Data di acquisto	Data di collaudo	Data inizio servizio	Data fine servizio
<i>XS pH 510</i>	<i>379176</i>	<i>Aprile 2007</i>	<i>Aprile 2007</i>	<i>Aprile 2007</i>	<i>/</i>

INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI DELLO STRUMENTO

Nome	Costruttore	Modello	Data di collaudo	Data inizio servizio	Data fine servizio
<i>Sonda di T</i>	<i>EUTECH Instruments</i>	<i>pH5 TEMBO 1P</i>	<i>Aprile 2007</i>	<i>Aprile 2007</i>	<i>/</i>
<i>Sonda del pHmetro</i>	<i>HANNA Instruments</i>	<i>HI 1131</i>			